

ЕЛЕКТРОЛІТНИЙ РЕАГЕНТ DS-REF, РЕФЕРЕНТНИЙ РОЗЧИН ДЛЯ НАПОВНЕННЯ

ELECTROLYTE REAGENT DS-Ref Ref. Filling Solution for GE300

Кат. №: 42046001

Дата випуску інструкції: 19-10-2018
Версія A/9



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва продукту

Електролітний реагент DS-Ref, референтний розчин для наповнення.

Пакування

10 мл (ml)/флакон

Призначення

Застосовується як розчин для заповнення референтного електрода.

Принцип тестування

Не застосовується.

Основні компоненти

Насичений розчин KCl і консервант.

Зберігання та транспортування

Стабільний протягом 2 років при зберіганні при 2-30 °C (°C) в тіні. Продукт слід транспортувати із зовнішньою упаковкою.

Застосовувані прилади

Аналізатори електролітів.

Вимоги до зразка

Не застосовується.

Методи тестування

Залити реагент в референтний електрод. Для додаткових операцій з приладом звернутися до посібника з експлуатації аналізатора електролітів.

Референтний діапазон

Не застосовується.

Інтерпретація результатів тесту

Не застосовується.

Калібрування та КЯ

Не застосовується.

Обмеження методів тестування

Не застосовується.

Індикатор продуктивності

Не застосовується.

Заходи безпеки

1. Будь ласка, герметизуйте продукт належним чином після використання, щоб уникнути тривалого впливу повітря.
2. Уникати потрапляння на шкіру. У роботі користуватися рукавичками.
3. Якщо реагент необережно розбризкується на шкіру, очі тощо, негайно змити чистою водою, а якщо помилково проковтнете, звернутися до лікаря.
4. Найкращий об'єм розчину для нормальної роботи - 2/3 рівня внутрішнього об'єму.
5. Не використовувати розчин при пошкодженні упаковки.

Графічні символи

Етикетка	Значення
	Дата виробництва
	Діагностичний реагент <i>in vitro</i>
	Виробник
	№ партії
	Температурний режим
	Термін придатності
	Уповноважений представник у Європейському союзі
	Кат. №
	CONFORMITE EUROPEENNE
	Об'єм
	Основний компонент

Інформація про навчання

Будь ласка, зверніться до посібника користувача.

Довідкова інформація

Якщо вам потрібна допомога, зв'яжіться з відділом післяпродажного обслуговування.

Вирішення проблем

Будь ласка, зв'яжіться з відділом післяпродажного обслуговування.

Список літератури

Не застосовується.

Номер дозволу на виробництво медичних пристроїв

GuangDong SFDA (Державна адміністрація харчових продуктів та лікарських засобів) отримав дозвіл на виробництво медичних пристроїв № 20041046.

Гарантія та технічна підтримка

Якщо повторюється повідомлення про невідійсні результати або вам потрібна технічна підтримка, звернутися до Центру обслуговування та підтримки користувачів Genrui.

Дата затвердження та перегляду інструкції

Дата затвердження: 06 Листопада 2015 року
Дата перегляду: 19 Жовтня 2018 року.



ВИРОБНИК

Genrui Biotech Inc
4-10F, Building 3, Geya
Technology Park, Guangming
District,
518106, Shenzhen, China
Phone: +86-755-2683 5560
Fax: +86-755-2667 8789
Web: www.genrui-bio.com

ГЕНРУЙ БІОТЕК ІНК
4-10Ф, Будівля 3,
Технологічний Парк Гея
Район Гуанмін, 518106,
Шеньчжень, Китай
Тел.: +86-755-2683 5560
Факс: +86-755-2667 8789
Веб: www.genrui-bio.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

