КАЛІБРАТОРИ Д-ДИМЕРУ (5 РІВНІВ)

D-Dimer Calibrator 5 Level Series

Кат. №: ***913702*** *Дата випуску інструкції:* ***07-2013***
Версія ***01***

Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Ліофілізовані калібратори на основі людської сироватки для використання в якості калібраторів в імунотурбідиметричних аналізах для Д-Димеру

Кат. №	**Склад:**
913702	5 x 1 мл набір калібраторів для Д-Димеру (5 рівнів)

СКЛАД

Набір калібраторів для визначення Д-Димеру від Dialab засновані на людській сироватці та добавках. Призначені для діагностики in vitro.

Азид натрію 0,095%

ПІДГОТОВКА

Набір калібраторів для визначення Д-Димеру постачається ліофілізованим (5 x 1 мл).

СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Зберігання: при температурі 2 - 8 °C
Стабільність: до закінчення терміну придатності
Стабільність після відновлення: 14 днів при температурі 2 - 8 °C

НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ! Коли не використовується, зберігати щільно закритими.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

1. Обережно відкрийте флакон, щоб не розсипати ліофілізований матеріал.
2. Додати 1,0 мл дистильованої води у флакон. Уникайте утворення бульбашок.
3. Накрийте і залишіть протягом 30 хвилин при кімнатній температурі, обережно інвертуючи, щоб розчинити вміст. Обережно перемішуйте перед кожним використанням.
4. Використовуйте таким самим чином як і зразки.
5. Для утворення 6-точкової калібрувальної кривої рекомендується соляний розчин.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Цей продукт призначений тільки для діагностики In Vitro.
2. Увесь донорський матеріал призначений для виробництва калібратора для протеїну було протестовано за допомогою FDA тестів, і знайдений негативним до поверхневого антигену гепатиту B (HBsAg), до гепатиту C (анти-HCV) та анти-ВІЛ 1 та ВІЛ-2. Оскільки жоден метод тестування не може гарантувати, що продукти отримані з крові людини не містять вірусів ВІЛ-1/2 та вірусів гепатиту B та гепатиту C, тому з цим матеріалом та зі всіма зразками пацієнтів слід поводитися так, ніби вони здатні передавати інфекційні захворювання.
3. Реагенти, які містять азид натрію слід обробляти з обережністю: не ковтати, не допускати контакту з очима, шкірою або слизовими оболонками! При контакті з важкими металами азид натрію може утворювати вибухові азиди такі як мідь або свинець.

НЕОБХІДНИЙ МАТЕРІАЛ, ЯКИЙ НЕ ПОСТАЧАЄТЬСЯ

- Аналіз DIALAB D-Dimer (турб.) (Кат. №: 913700)
- Дистильована вода
- 0.9% соляний розчин

ЛІТЕРАТУРА

1. BJH Guideline. British Journal of Haematology. 124, 15-25
2. Alan H.B. Wu. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests. Fourth Ed. Saunders Elsevier, 11830 Westline Industrial Drive, St Louis, Missouri,63146. 2006; 328-329

ДАНІ АНАЛІЗУ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ПАРТІЇ

Значення і термін придатності характерні для конкретного лоту. Концентрації Д-Димеру представлені у мкг FEU/мл.

ЛОТ: DDS001130-01-01		**Термін придатності: 2014/10**
Параметр	**Рівень**	**Призначене значення**
Д-Димер	Рівень 1	0.60 мкг FEU/мл
Д-Димер	Рівень 2	1.30 мкг FEU/мл
Д-Димер	Рівень 3	2.50 мкг FEU/мл
Д-Димер	Рівень 4	6.65 мкг FEU/мл
Д-Димер	Рівень 5	8.00 мкг FEU/мл

ВИРОБНИК

Діалаб ГмбХ
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в І3 НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обджект М55, 2351 Вінер-Нойдорф
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua