

КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД 0.025

CALCIUM CHLORIDE 0.025M

Кат. №: **K-355**

Дата випуску інструкції: **12-2011**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу і перекладу інструкції повинні збігатися.

CALCIUM CHLORIDE 0.025M

10 x 10 мл

Кат. № K-355

CALCIUM CHLORIDE 0.020M

10 x 10 мл

Кат. № K-455

ВСТУП

Реагент **CALCIUM CHLORIDE 0.025M** спеціально приготований для визначення АЧТЧ при використанні наборів АРТТР-4 (Кат. № K-320) і АРТТ-Р-10 (Кат. № K-350).

Реагент **CALCIUM CHLORIDE 0.020M** спеціально приготований для визначення АЧТЧ при використанні наборів АРТТ-ЕА-4 (Кат. № K-420) і АРТТ-ЕА-10 (Кат. № K-450).

СТАБІЛЬНІСТЬ РОБОЧОГО РЕАГЕНТА И ЗБЕРІГАННЯ

Реагент при 2-8 °С зберігає стабільність протягом усього терміну придатності, зазначеного на упаковці.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ЗАУВАЖЕННЯ

1. Використовувати тільки для діагностики in vitro.
2. Реагенти повинні використовуватися тільки за призначенням, кваліфікованим лабораторним персоналом, у відповідних лабораторних умовах.
3. Продукт містить азид натрію (< 0,1%) як консервант. Уникайте контакту зі шкірою та слизовими оболонками.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



ВИРОБНИК

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092 м. Ломянкі, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»
вул. Чорновола, 97
м. Івано-Франківськ, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

