

ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТДЕГІДРОГЕНАЗИ ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ

G6PDH Lyse Reagent

Каталог. №: **Y04550B**

Дата випуску інструкції: **2005/08/31**

Версія **02**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Для підготовки зразків, які використовуються в аналізі DIALAB G6PDH

Кат. №	Вміст	
Y04550B	1 x 900 мл	G6PDH Лізуючий реагент
Y04550LV	1 x 60 мл	G6PDH Лізуючий реагент

Додатково пропонуються:

Y04500	10 x 18 мл	G6PDH, УФ, кінетичний
Y04560	6 x 0.5 мл	G6PDH набір контролів
Y04701	5 x 100 мл	Реагент загального гемоглобіну
Y04702	5 x 50 мл	Реагент загального гемоглобіну
Y04705	1 x 2 мл	Калібратор загального гемоглобіну

КОМПОНЕНТИ:

Азид натрію
Детергенти

КОНЦЕНТРАЦІЯ

<0.1%

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ РЕАГЕНТІВ

Умови: Закривайте негайно після використання.

Зберігання: при температурі 2-8 °C

Стабільність: до закінчення терміну придатності

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ

Дотримуйтесь, будь ласка, описаної в інструкціях для G6PDH (УФ, кінетичний) та G6PDH скринінг дефіциту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Дотримуйтесь необхідних застережень щодо використання лабораторних реагентів.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Утилізувати відповідно до місцевих вимог.



ВИРОБНИК

Діалаб ГмбХ

Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обджект М55, 2351

Вінер-Нойдорф

Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,

Факс: +43 (0) 2236 660910-30,

e-mail: office@dialab.at



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

